八潮市 保育所における給食の放射能濃度測定結果について

検査機器:	NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ EMF211型ガンマ線スペクトロメータ
測定容器:	900ミリリットルマリネリ容器
測定時間:	900秒

食品中の放射性物質基準値	
食品	基準値 (Bq／kg)
飲料水	10
乳幼児用食品	50
野菜類	100
肉・卵・魚・その他(一般食品)	

※数値はセシウム134とセシウム137の合計値です。

測定結果(平成29年9月22日以降の結果について)

各検査ごとの定量下限値は、( )内の数値を御覧下さい

測定日	給食日	保育所名	測定試料(食材)	測定結果(Bq/kg)		
				放射性ヨウ素 I－131	放射性セシウム Cs－137	放射性セシウム Cs－134
9月25日	当日分	やしお花桃保育園	はんぺんチーズサンドフライ ほうれん草 コーン ツナ 食パン かぶ かぶ葉 とり肉	検出せず 5.6 **未満**	検出せず 5.0 **未満**	検出せず 5.7 **未満**
9月25日	当日分	やしお花桃保育園	精米	検出せず 5.3 **未満**	検出せず 5.0 **未満**	検出せず 5.6 **未満**
9月27日	当日分	八潮かえで保育園	干うどん 玉ねぎ 人参 ピーマン きゅうり かぼちゃ キャベツ しめじ	検出せず 5.2 **未満**	検出せず 4.9 **未満**	検出せず 5.5 **未満**